



ZAPYTANIE OFERTOWE

w ramach projektu grantowego nr FENX.06.01-IP.03-0001/23
pn. „Wsparcie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)” współfinansowanego w ramach
programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027,
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

1. ZAMAWIAJĄCY

Grantobiorca: Przychodnia Kolejowa Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. w
Dęblinie, ul. Kolejowa 20, 08-530 Dęblin

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa towarów, zgodnie z zakresem rzeczowym projektu
grantowego realizowanego przez Grantobiorcę w ramach projektu pn. „Wsparcie
podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)”,

Celem realizacji zamówienia jest :

- zwiększenie dostępności do świadczeń POZ, poprzez udzielenie odpowiedniego wsparcia w zabezpieczeniu tych podmiotów w niezbędny sprzęt, w tym sprzęt diagnostyczny;
- wsparcie w zakresie infrastruktury niezbędnej do prowadzenia działalności leczniczej, której celem będzie dostosowanie i poprawa funkcjonalności pomieszczeń do poszerzanych świadczeń zdrowotnych w zakresie profilaktyki, diagnostyki i leczenia na poziomie POZ w kontekście rozwoju opieki koordynowanej;
- zwiększenie dostępności i efektywności systemu opieki zdrowotnej.

3. POSTANOWIENIA OGÓLNE

- a. Do niniejszego zapytania nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r.
- a. Przedmiot zamówienia jest elementem przedsięwzięcia, tj. projektu grantowego realizowanego przez Grantobiorcę w ramach projektu nr FENX.06.01-IP.03-0001/23 pn. „Wsparcie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)” współfinansowanego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Beneficjentem projektu jest Narodowy Fundusz Zdrowia – Grantodawca.
- b. Zamawiający informuje, iż w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania zostanie sporządzony dokument Zamówienia, podpisany obustronnie przez strony, w którym zostaną potwierdzone podstawowe uzgodnienia dotyczące dostawy pomiędzy stronami.
- c. Złożenie oferty przez Wykonawcę nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu.



- d. Wykonawca może zwrócić się na piśmie lub drogą elektroniczną do Zamawiającego o wyjaśnienie dotyczące przedmiotu zamówienia w terminie składania ofert. Zamawiający niezwłocznie udzieli niezbędnych wyjaśnień. W zakresie dodatkowych pytań, informacji w sprawie zamówienia i przygotowania oferty udziela Anna Woźna tel. 693 364350
- e. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert.
- f. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny.

4. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa/ realizacja usług zgodnie z tabelą poniżej:

Lp.	Nazwa towaru/ usługi	Liczba sztuk	Opis funkcjonalny/ jakościowy
1	Aparat do pomiaru ciśnienia tętniczego	6	Aparat do pomiaru ciśnienia tętniczego 3 szt - Zegarowy aparat do pomiaru ciśnienia krwi - Tarcza o średnicy minimum 60 mm - Zgodny z normą DIN EN 81060-1:2012-08 - Posiada walidację kliniczną BHS - Zawór spustowy z filtrami anty-kurzowymi i płynną regulacją - Szybkozłączki wykonane z metalu - Zakres pomiaru 0-299 mmHg (+/- 20 mmHg w górnym zakresie pomiaru) - Gwarancja: min. 24 miesiące Aparat do pomiaru ciśnienia tętniczego 1 szt - Zegarowy aparat do pomiaru ciśnienia krwi - Tarcza o wymiarach 150mmx150mm (+/- 5 mm w każdym wymiarze) - Zakres pomiarowy: 0-299 mmHg (+/- 20 mmHg w górnym zakresie pomiaru) - Mankiet na ramię od 20 cm do 30 cm obwodu (+/- 3 cm w każdym wymiarze) - Koszyk na mankiet - Spiralny przewód - Gwarancja: min. 24 miesiące Aparat do pomiaru ciśnienia tętniczego 2 szt - Elektroniczny ciśnieniomierz naramienny, automatyczny, do pomiaru ciśnienia krwi - metoda pomiaru: oscylometryczna - Zakres pomiaru ciśnienia: - skurczowe (SYS): 60–260 mmHg (+/- 10 mmHg w każdym zakresie) - rozkurczowe (DIA): 40–215 mmHg (+/- 10 mmHg w każdym zakresie) - Zakres pomiaru tętna: 40–180 uderzeń na minutę (+/- 10 bpm w każdym zakresie)



			- Dokładność pomiaru: ciśnienie: ± 3 mmHg (+/- 1 mmHg) tętno: $\pm 5\%$ odczytu (+/- 1%) - Pamięć: min. 60 wyników dla 2 użytkowników - Mankiet z technologią zapewniającą prawidłowe założenie (wskaźnik poprawności) - Wskaźnik ruchu ciała podczas pomiaru - Zasilanie: 4 baterie AA 1,5 V oraz możliwość zasilania sieciowego - Ekran: wyświetlacz LCD - Waga max. 400 gram - Gwarancja: min. 24 miesiące - Wyrób medyczny zgodny z rozporządzeniem MDR (UE) 2017/745
2	Aparat do szybkiej diagnostyki różne testy w tym CRP	1	- Przenośny analizator medyczny - Wynik ilościowy CRP w mg/l - Zakres pomiaru 2,5 – 250 mg/l (+/- 20% w każdym zakresie pomiaru) - Objętość próbki 10ul. (+/- 10%) krwi z palca pacjenta - Przenośny i kompaktowy - Czas odczytu max. 4 minuty - Gwarancja min. 24 miesiące
3	Aparat EKG	1	- Sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany – nawet do celów demonstracyjnych (nie dopuszcza się tzw. aparatów demo) - Elektrokardiograf 12 kanałowy - Kolorowy ekran TFT LCD zintegrowany z aparatem o rozmiarze min. 5" (720x1280) - Prezentacja 12 odprowadzeń EKG - Wymiary aparatu max. 240mm*140mm*60mm - Waga aparatu bez akcesoriów, max. 1,1 kg - Ekran typu touch screen - Klawiatura funkcyjna wbudowana w aparat, odporna na środki dezynfekcyjne - Wydruk na papierze termicznym w składance o szerokości min.: 80 mm - Przesuw papieru min.: 5/6,25/10/12,5/25/50 mm/s - Wzmocnienie min.: 1.25, 2.5, 5, 10, 20, 10/5, AGC - Impedancja wejściowa min.: 50 mΩ - CMRR min.: 140 db - Przetwornik A/D min.: 24 bity - Częstotliwość próbkowania min. 100 [kHz] - Detekcja pików rozrusznika serca - Filtr zakłóceń sieciowych - Filtr zakłóceń mięśniowych, min.: 25/35/45 hz - Filtr dolno-przepustowy, min.: 300/270/150/100/75 hz - Filtr anty-dryftowy - Ciągły pomiar i prezentacja na ekranie HR - Formaty wydruku dla wbudowanej drukarki termicznej, min.: 1*1/3*1/3*4 /3*4+1r - Sygnalizacja - Możliwość wydruku badania na drukarce laserowej podłączonej bezpośrednio do aparatu poprzez port USB lub WIFI. - Formaty wydruku min.: 3*4 /3*4+1r /3*4+3r /6*2 /6*2+1r / 12*1



			- Drukarka do wydruku raportów EKG kompatybilna z oferowanym aparatem EKG - Automatyczna analiza i interpretacja - Czas pracy na akumulatorze min. 4 godziny - Możliwość przeglądania na ekranie badania przed wydrukiem - Wbudowana baza danych pacjentów, min. 8000 badań - Możliwość przeglądania i wydruku badań z archiwum - Funkcja wydruku z wykorzystaniem jednego przycisku - Zapis badań w formacie min. Dat, pdf,jpg,png oraz z możliwością rozbudowy o format dicom, xml, scp - na dzień składania oferty - Obsługa listy zadań (workflow) - Obsługa usługi FTP/SFTP, możliwość konfiguracji aparatu w sieci komputerowej (IP, Brama, Mask) - Wbudowane, min.: złącze lan, złącze 2xusb, WIFI - Wózek pod aparat wyposażony w min. Wysięgnik na kabel pacjenta, kółka z możliwością blokady min. Dwóch kół, koszyk - 1 sztuka - Elektrody klamrowe oraz przyssawkowe - 1 komplet - Papier termiczny do wydruku min. - 20 sztuk - Kabel pacjenta EKG - 1 sztuka - Gwarancja min. 24 miesiące
4	Aparat EKG mobilny	2	- Mobilny elektrokardiograf umożliwiający zapis min. 6 odprowadzeń EKG. - Współpraca z urządzeniem mobilnym (smartfon lub tablet) z systemem Android lub iOS. - Pomiar za pomocą dotyku palców oraz kontaktu z gołą skórą – bez przewodów lub elektrod. - Czas pojedynczego badania: od 30 sekund do 5 minut. - Bezprzewodowa komunikacja Bluetooth z aplikacją mobilną. - Możliwość eksportu wyników w formacie PDF lub przesyłu do systemu EDM. - Interpretacja automatyczna rytmu serca (m.in. migotanie przedsionków, rytm zatokowy). - Wymiary: max. 9 × 3 × 0,72 cm. - Waga urządzenia: max. 25 g. - Zasilanie: wymienna bateria typu CR2016 lub równoważna. - Brak potrzeby stosowania papieru lub zewnętrznych drukarek. - Zgodność z rozporządzeniem MDR 2017/745 lub równoważnym. - Gwarancja: min. 24 miesiące.
5	Bilirubinometr	1	- Kolorowy ekran dotykowy LCD o wielkości min. 2" - Natychmiastowa gotowość do pomiaru (czas badania ok. 2 sekundy) - Przeskórny, bezinwazyjny pomiar bilirubiny - Dokładność pomiaru ±1,5 mg/dl - Możliwość wykonania 1–5 pomiarów z funkcją uśredniania - Ekran z możliwością wprowadzania ID pielęgniarki i dziecka - Pamięć min. 50 wyników - Pomiar możliwy bez udziału komputera - Możliwość archiwizacji wyników - Brak ryzyka błędnej identyfikacji pacjenta (brak próbki krwi) - Możliwość stosowania u noworodków i wcześniaków - Zakres pomiarowy 0–25 (+/-10) mg/dl - Wbudowany akumulator - Stacja dokująca z funkcją ładowania - Ergonomiczna konstrukcja dopasowana do dłoni - Gwarancja min. 24 miesiące



6	Detektor przepływu Doppler	1	- 2-kanalowy doppler naczyniowy (częstotliwość 4 MHz i 8 MHz) - Rejestracja przepływu krwi w obu kierunkach (od i do głowy) - Kolorowy wyświetlacz LCD o przekątnej min. 5" - Automatyczne obliczanie prędkości średnich, maksymalnych oraz wskaźników PI i RI - Pamięć na min. 10 zapisów badań - Bufor ostatnich 30 sekund przebiegu z możliwością analizy - Menu dotykowe z dodatkowym przyciskiem funkcyjnym - Wbudowana drukarka termiczna - Port USB do komunikacji z komputerem oraz dołączone oprogramowanie - Zasilanie sieciowe lub akumulatorowe (czas pracy min. 4 godziny) - Wymiary: szerokość max. 300 mm, głębokość max. 230 mm, wysokość – max. 120 mm - Masa urządzenia: max. 2,2 kg - Gwarancja: min. 24 miesiące
7	Detektor tętna płodu	1	- Wyświetlacz LCD o przekątnej min. 1,7 cala, prezentujący tryb pracy, częstotliwość tętna, stan sondy oraz poziom baterii. - Trzy tryby pracy: pomiar tętna chwilowego, tętna uśrednionego lub tryb manualny. - Zakres pomiarowy tętna płodu (FHR): od min. 50 do maks. 240 uderzeń/min. - Dokładność pomiaru: max. ± 2 uderzenia/min. - Detekcja tętna możliwa od min. 12. tygodnia ciąży. - Wbudowany głośnik z regulacją głośności oraz wyjście słuchawkowe typu jack 3,5 mm. - Automatyczne wyłączanie po max. 1 minucie bez wykrycia sygnału. - Sonda wymienna, o częstotliwości nominalnej 2 MHz ($\pm 10\%$). - Moc ultradźwięków: max. 20 mW/cm² (zgodna z normą bezpieczeństwa). - Zasilanie: 2 baterie AA 1,5 V – zapewniające min. 8 godzin ciągłej pracy. - Wymiary obudowy: max. 135 × 92 × 29 mm. - Masa całkowita z bateriami: max. 245 g. - Urządzenie przeznaczone do pracy ciągłej. - Obudowa ergonomiczna, przystosowana do pracy jedną ręką. - Urządzenie zgodne z wymogami CE oraz MDR 2017/745. - Gwarancja: min. 24 miesiące
8	Elektroniczna waga dla niemowląt przenośna	1	- Obciążenie max: 25 kg (+/-20%) - Wyświetlacz LCD - Zdejmowana szalka - Zasilanie bateryjne lub sieciowe - Wymiary wagi 550x350x100mm (+/- 50 mm w każdym wymiarze) - automatyczne wyłączanie - Posiadanie świadectwa kompatybilności elektromagnetycznej - Gumowane regulowane nóżki - Odporne na zalanie przyciski - Gwarancja min. 24 miesiące
9	Fantom do nauki samobadania piersi	1	- Model piersi do nauki samobadania odpowiadający naturalnej wielkości kobiecej piersi (miseczka C ± 1 rozmiar) - Model wykonany z półprzewodnikowego silikonu medycznego o właściwościach zbliżonych do tkanki ludzkiej - Materiał konstrukcyjny umożliwiający realistyczne odczucia



			palpacyjne w całej objętości modelu - W modelu zatopione ≥ 3 guzki o zróżnicowanej wielkości i strukturze, symulujące nieprawidłowości palpacyjne - Rozmieszczenie guzków umożliwiające naukę wykrywania zmian w różnych obszarach piersi - Model przeznaczony do wielokrotnego użytku w celach dydaktycznych i szkoleniowych - Przeznaczony do stosowania w placówkach ochrony zdrowia, edukacji medycznej i profilaktyce zdrowotnej - Gwarancja: min. 24 miesiące
10	Fotel ginekologiczny z regulacją wysokości	1	- Konstrukcja stalowa, pokryta powłoką malowaną proszkowo w kolorze białym - Bezszwowa tapicerka skóropodobna odporna na środki dezynfekujące - Regulacja wysokości za pomocą pilota ręcznego w zakresie od min. 65 cm do max. 98 cm - Regulacja kąta nachylenia siedziska i oparcia za pomocą pilota ręcznego - Możliwość uzyskania pozycji Trendelenburga w zakresie od 0° do $+20^\circ$ - Możliwość uzyskania pozycji anty-Trendelenburga w zakresie od 0° do $+15^\circ$ - Kąt nachylenia oparcia pleców regulowany w zakresie od 0° do $+75^\circ$ - Długość całkowita z podpórką nóg: max. 188 cm - Długość bez podpórki nóg: max. 138 cm - Szerokość całkowita: max. 65 cm - Dopuszczalne obciążenie: min. 150 kg - Masa całkowita fotela: max. 104 kg - Wyposażony w trzy elektryczne siłowniki (do regulacji wysokości, siedziska oraz oparcia) - sterowane jednym pilotem ręcznym - Zdejmowany podnózek - Podkolanniki regulowane we wszystkich płaszczyznach (komplet) - Pojemnik wykonany ze stali nierdzewnej - Możliwość zastosowania kółek jezdnych – w wersji z kółkami wysokość regulowana w - zakresie od 71 cm do 104 cm - Funkcja automatycznego zatrzymania ruchu przy skrajnym położeniu poszczególnych - elementów - Urządzenie przeznaczone do przeprowadzania badań ginekologicznych - Gwarancja: min. 24 miesiące
11	Holter ciśnieniowy	1	- System do długotrwałego monitorowania ciśnienia tętniczego krwi - Rejestracja pomiarów w trybie całodobowym z możliwością ustawienia okresów: aktywność, sen. - Czas pracy rejestratora: min. 24 godziny, możliwość przedłużenia rejestracji do 72 godzin. - Komunikacja z komputerem przez port USB. - Obsługa rejestratora za pomocą 4 przycisków funkcyjnych. - Masa rejestratora max. 0,2 kg. - Masa całkowita zestawu max. 1,6 kg. - Wartości ciśnienia skurczowego (SYS), rozkurczowego (DIA), średniego (MAP) oraz tętna (HR) prezentowane w postaci



			numerycznej i graficznej. - Możliwość edycji progów pomiarowych w oprogramowaniu. - Prezentacja statystyki dla pomiarów wykonanych, zaplanowanych i uwzględnionych. - Analiza rytmu dobowego z klasyfikacją typu dipper, non-dipper, extreme dipper. - Możliwość definiowania ustawień pomiarowych i harmonogramów indywidualnie dla pacjenta. - Pomiary wyświetlane jako histogramy SYS, DIA, HR. - Rejestrator kompatybilny z CR-07 v.401 lub równoważnym systemem pobierania danych. - Oprogramowanie w języku polskim z możliwością generowania raportów w formacie PDF. - Zasilanie rejestratora bateryjne (2 x AA lub równoważne). - Gwarancja min. 24 miesiące.
12	Holter EKG	1	- Liczba rejestrowanych odprowadzeń: 3 lub 12. - Czas rejestracji EKG: od 24 godzin do max. 7 dni. - Częstotliwość próbkowania: min. 250 Hz lub max. 2000 Hz. - Typ zapisu: cyfrowy, na karcie microSDHC. - Możliwość uruchomienia rejestracji ręcznie (przycisk zdarzeń) lub automatycznie po max. 10 minutach. - Możliwość rejestracji dwóch rodzajów zdarzeń. - Wyświetlacz: kolorowy LCD, z możliwością podglądu zapisu EKG. - Klawiatura dotykowa z przyciskami funkcyjnymi. - Detekcja odpiętej elektrody w trybie konfiguracji. - Wbudowany filtr izolacji o częstotliwości granicznej 0,05 Hz. - Sygnalizacja stanu urządzenia: dioda trójkolorowa i sygnały dźwiękowe. - Zasilanie: 1 bateria AA (1,5 V). - Obsługa danych pacjenta: możliwość przypisania imienia i nazwiska. - Komunikacja z komputerem: przewodowa lub bezprzewodowa. - Obsługa przez menu z możliwością zmiany trybu badania, ustawień językowych, daty i godziny. - Współpraca z oprogramowaniem HolCARD 24W oraz Konfigurator AsPEK lub równoważnym - Waga rejestratora bez baterii: 190 g. (+/- 50 gram) - Wymiary: szerokość od 60 mm do 80 mm, wysokość od 80 mm do 100 mm, głębokość od 25 mm do 35 mm. - Gwarancja min. 24 miesiące.
13	Kozetka lekarska	6	Kozetka lekarska 5 szt. - Wezglowie i leże obite pianką poliuretanową - Wezglowie i leże obszyte bezszwowym materiałem skóropodobnym zmywalnym - Wezglowie i leże z płyty wiórowej - Mechaniczna regulacja kąta pochylenia wezglowia w zakresie +/- 40° (+/- 5° w każdym zakresie pochylenia) - Szerokość całkowita 50 cm (+/- 5 cm) - Długość całkowita 185 cm (+/- 5 cm) - Wysokość całkowita 50 cm (+/- 5 cm) - Masa do 30 kg - Dopuszczalne obciążenie min. 150 kg - Uchwyt na prześcieradło jednorazowe



			- Rama pokryta farbą proszkową w kolorze białym - Konstrukcja z kształowników stalowych - Gwarancja min. 24 miesiące Kozetka lekarska 1 szt. - Leżanka przeznaczona do stosowania w placówkach medycznych(EKG) - Konstrukcja drewniana o niskiej masie własnej, zapewniająca stabilność i komfort użytkowania - Leże z materacem zapewniającym komfort pacjenta podczas zabiegów - Ruchoma część leża umożliwiająca ułożenie pacjenta w pozycji leżącej oraz półleżącej - Błat leża obity materiałem skóropodobnym lub winylowym o wysokiej odporności na uszkodzenia i środki dezynfekcyjne - Tapicerka dostępna w ≥ 10 kolorach - Długość leżanki 200 cm (± 5 cm) - Szerokość leżanki 70 cm (± 5 cm) - Wysokość leżanki 55 cm lub 65 cm (± 5 cm) - Regulacja kąta nachylenia zagłówka w zakresie 0° do $+35^\circ$ ($\pm 5^\circ$) - Dopuszczalne obciążenie ≥ 200 kg - Masa własna leżanki ≤ 34 kg - Możliwość zastosowania drewnianego wieszaka na rolki papieru o szerokości = 60 cm - Gwarancja min. 24 miesiące
14	Lampa diagnostyczna bezcieniowa	1	- Zasilanie: napięcie wejściowe od 220 V do 230 V, częstotliwość od 50 Hz do 60 Hz. - Napięcie wyjściowe: od 11,8 V do 12,2 V. - Moc źródła światła: min. 3 diody LED o mocy min. 8 W każda - Temperatura barwowa: $4750\text{ K} \pm 250\text{ K}$. - Żywotność diod LED: max. 50 000 godzin. - Regulacja intensywności światła: płynna, od 15% do 100%. - Intensywność oświetlenia: - od 130 000 do 135 000 lux (z odległości 30 cm) (± 1000 lux w każdym zakresie), - od 42 000 do 45 000 lux (z odległości 50 cm) (± 1000 lux w każdym zakresie), - od 11 000 do 12 000 lux (z odległości 100 cm) (± 1000 lux w każdym zakresie). - Długość ramienia typu „gęsia szyja”: od 88 cm do 90 cm. - Długość całkowita lampy: od 110 cm do 112 cm. - Wysokość całkowita lampy: od 140 cm do 155 cm. - Typ podstawy: statyw jezdny min. 5-kołowy, z blokadą. - Typ oświetlenia: bezcieniowe światło LED, jednorodne w obrębie pola. - System włączania: bezdotkowy z czujnikiem zbliżeniowym. - Zakres temperatury pracy: od $+10^\circ\text{C}$ do $+35^\circ\text{C}$ ($\pm 5^\circ\text{C}$ w każdym zakresie), wilgotność od 30% do 75% RH ($\pm 5\%$ w każdym zakresie). - Gwarancja min. 24 miesiące.
15	Lodówka z monitoringiem temperatury	1	- Pojemność użytkowa min. 372 l - Zakres temp. wewnętrznej od $+1^\circ\text{C}$ do $+10^\circ\text{C}$ ($\pm$ w każdym zakresie) - Wymiary: szer. 595 mm, głęb. 640 mm, wys.1980 mm(± 50 mm w każdym wymiarze)



			- Wyposażenie: min. 5 regulowanych półek siatkowych - Oświetlenie wewn. typu LED - Drzwi przeszklone z zamkiem - Moduł alarmowy z sygnalizacją dźwiękową - Rejestrator temp. z portem USB - Automatyczne odparowanie skroplin - Chłodzenie dynamiczne z wymuszonym obiegiem powietrza - Izolacja z pianki poliuretanowej - Czynnik chłodniczy R600a - Gwarancja min. 24 miesiące.
16	Nebulizator	1	- Urządzenie do nebulizacji leku - Szybkość wytwarzania aerozolu min. 0,5ml/min - MMAD: 3,25 μm, zgodnie z normą EN-13544-1 - Frakcja (< 5μm): > 70% - Tryb pracy: praca ciągła - Ciśnienie: 3.0 bar (+/- 0,2) - Ciśnienie pracy: 1.3 bar (+/- 0,2) - Przepływ pracy: 5.2l/min (+/- 0,2) - Maks. przepływ: 16l/min (+/- 0,2) - Poziom hałasu: 60 dBA (+/- 2) - Zasilanie: 230V/50Hz - Gwarancja min. 24 miesiące
17	Oczyszczacz powietrza	1	- Pobór mocy max. 50 W - Waga urządzenia max. 5 kg - Poziom hałasu $\leq$ 65 dB - Wskaźnik jakości powietrza - Min. 2 tryby oczyszczania - Efektywny obszar krycia min. 25 m² - Laserowy detektor jakości powietrza - Wydajność oczyszczania CADR PCADR min. 300 m³/h - Gwarancja min. 24 miesiące
18	Otoskop	4	- Ksenonowe oświetlenie 2,5 V (min. 3000 K) - Równomierne oświetlenie pola pracy - Możliwość przeprowadzenia testu pneumatycznego - Obrotowa lupka z min. 3-krotnym powiększeniem - Gwarancja min. 24 miesiące
19	Pulsoksymetr	6	- Zakres pomiaru saturacji SpO₂: od 70% do 100% - Dokładność pomiaru SpO₂: $\pm$2 cyfry - Zakres pomiaru tętna: od 25 do 250 uderzeń/min (+/- 5 bpm w każdym zakresie) - Dokładność pomiaru tętna: $\pm$3 cyfry - Wyświetlacz OLED z 4 trybami orientacji obrazu - Wizualizacja tętna: wykres falowy i kolumnowy - Funkcja alarmu przekroczenia wartości - Automatyczne wyłączenie po 8 sekundach bez użycia - Zasilanie: 2 baterie AAA 1,5 V - Czas pracy: do 600 pomiarów przy temp. otoczenia 25°C - obór prądu $\leq$ 30 mA - Wymiary: 62 $\times$ 35 $\times$ 31 mm(+/- 10 mm w każdym wymiarze) - Masa urządzenia: 60 g (+/- 10 g) - Obsługa jednym przyciskiem - Gwarancja min. 24 miesiące
20	Spirometr	1	- Wyświetlacz kolorowy LCD o przekątnej min. 7", z obsługą dotykową - Zasilanie sieciowe w zakresie od 90 V do 260 V lub z akumulatora LI-ION - Wbudowany akumulator umożliwiający pracę urządzenia w trybie



			mobilnym - Wymiary urządzenia: 200 × 258 × 53 mm (+/- 50mm w każdym wymiarze) - Masa całkowita z akcesoriami max. 2,32 kg, masa urządzenia max. 1,8 kg - Obsługa badań dorosłych i dzieci z możliwością wyboru trybu - Rejestracja i pomiar oddechu z głowicy pneumatometrycznej - Zakres mierzonych parametrów obejmuje m.in.: VC, FVC, FEV1, PEF, MVV, MEF25-75, TV, IC, ERV - Pamięć wewnętrzna umożliwiająca zapis min. 1000 badań - Możliwość eksportu wyników do formatu PDF oraz na zewnętrzne nośniki USB - Wbudowana drukarka termiczna na papier o szerokości od 110 do 112 mm, obsługa zewnętrznych drukarek (PCL5/PCL6) - Komunikacja przewodowa (LAN) i bezprzewodowa (Wi-Fi) dla integracji z siecią medyczną - Automatyczna korekcja wyników BTPS na podstawie czujnika temperatury, ciśnienia i wilgotności - Automatyczna ocena powtarzalności (skala A-E) oraz wybór najlepszej krzywej - Możliwość prowadzenia badań porównawczych PRE/POST oraz łączenia badań VC + FVC - Gwarancja: min. 24 miesiące
21	Stetoskop	4	- Długość przewodu ≥ 70 cm - Materiał głowicy stal nierdzewna - Podwójna głowica - Średnica membrany ≥ 40 mm - Gwarancja min. 24 miesiące
22	Stół do badania niemowląt	1	Stół przeznaczony do badania i przewijania niemowląt w placówkach medycznych, gabinetach lekarskich i oddziałach noworodkowych - Konstrukcja z leżem wykonanym z płyty meblowej, miękkiej pianki i materiału odpornego na środki dezynfekcyjne oraz uszkodzenia mechaniczne - Wysokość leża: 790 mm (+/- 5 cm) - Wysokość całkowita: 990 mm (+/- 5 cm) - Szerokość: 960 mm (+/- 5 cm) - Głębokość: 750 mm (+/- 5 cm) - Stół wyposażony w szafkę zamykaną, zlokalizowaną pod leżem - Wymiary szafki: - Głębokość: min. 350 mm - Szerokość: min. 700 mm - Stół wyposażony w półkę boczną - Z trzech stron osłony wykonane z tworzywa sztucznego, stanowiące barierę higieniczną oraz ochronną - Tapicerka dostępna w różnych kolorach, odporna na środki dezynfekujące, łatwa w czyszczeniu - Ergonomiczna i stabilna konstrukcja zapewniająca bezpieczeństwo małego pacjenta i komfort pracy personelu - Gwarancja min. 24 miesiące
23	Termometr elektroniczny	5	- Czas pomiaru: ≤ 1 sekundy - Zasilanie bateryjne - Podświetlany wyświetlacz cyfrowy LCD - Min. dwa tryby pomiaru temperatury



			- Funkcja pamięci z zachowaniem wartości min. 20 ostatnich wyników pomiaru. - Zakres pomiaru: temperatury ciała: 30,0°C – 46,0°C (+/-5°C w każdym zakresie pomiaru) - Zakres pomiaru: temperatury powierzchni: 0,0°C – 100,0°C (+/- 10°C w każdym zakresie pomiaru) - waga urządzenia bez baterii max. 100 g - Gwarancja min. 24 miesiące
24	Waga medyczna dla niemowląt	1	- Obciążenie max. nie mniej niż 20 kg - dokładność 5 g < 10 kg > 10g (+/10% w każdym zakresie) - Zakres pomiaru wzrostomierza elektronicznego: od 35 cm do 80 cm (+/- 10 cm w każdym zakresie) - Podziałka wzrostomierza: 1 mm - Wymiary wagi: 670 × 330 × 125 mm (+/- 50 mm w każdym wymiarze) - Zasilanie: bateryjne oraz sieciowe (zasilacz w zestawie) - Wyświetlacz: cyfrowy LCD (na wadze i wzrostomiarce) - Stabilna konstrukcja z dodatkowymi gumowanymi stopkami i stabilizatorem - Duża szalka z tworzywa łatwego do czyszczenia i dezynfekcji - Funkcje: TARA, HOLD, funkcja mleka, USB - Kompatybilność elektromagnetyczna z urządzeniami RF (np. telefon) - Opcjonalny wzrostomierz: mechaniczny lub elektroniczny - Opcjonalna torba transportowa - Możliwość jednoczesnego pomiaru masy i długości ciała - Gwarancja: min. 24 miesiące
25	Waga medyczna ze wzrostomierzem	3	- Legalizowana waga kolumnowa lekarska do pomiaru wagi ciała pacjentów - Metalowa konstrukcja - Możliwość pracy w środowisku podwyższonego promieniowania elektromagnetycznego - Wbudowane kółka transportowe - Wzrostomierz mechaniczny - Obciążenie max. ≥ 250 kg - Dokładność 100 g (+/- 10% w całym zakresie pomiaru) - Wzrostomierz mierzący od 50 do 200 cm (+/- 10 cm w całym zakresie pomiaru) - Podziałka wzrostomierza min. 1 mm - Podłączenie do komputera przez przewód USB - Zasilanie: bateryjne oraz sieciowe - Zasilacz w zestawie - Możliwość wyznaczania wskaźnika masy ciała BMI (Body Mass Index) przy wzroście powyżej 50 cm (+/- 10 cm) - Gwarancja min. 24 miesiące
26	Waga z analizatorem masy ciała	1	- Nośność min. 250 kg - Pomiar za pomocą min. dwóch częstotliwości - Dokładność pomiaru 100 gr (+/-10%) - Głosowe polecenia dla pacjenta - Kolorowy wyświetlacz z graficznymi instrukcjami dla pacjenta - Łączność: USB, Wi-Fi, RS232, RJ45, Bluetooth - Waga urządzenia max. 15 kg - Pamięć min. 40000 pomiarów - Możliwość dokonywania pomiarów bez udziału komputera



			- Możliwość importu do oprogramowania na komputer - Możliwość bezpośredniej pracy analizatora z drukarką - Gwarancja min. 24 miesiące
27	Wózek inwalidzki dla osoby dorosłej	1	- Składana aluminiowa rama o konstrukcji krzyżakowej (podwójny krzyżak) - Nylonowe siedzisko i oparcie - Gąbkowa poduszka - Uchylne i demontowalne podnóżki z regulacją długości - Podnóżki zaopatrzone w pasy zabezpieczające stopy - Uchylne i demontowalne podłokietniki - Pas biodrowy zabezpieczający przed wypadnięciem - Koła przednie bezobsługowe - Koła tylne pompowane wyposażone w system szybkiego demontażu o rozmiarze min. 24" - Aluminiowe ciągi - Podwójny system hamowania (dla pacjenta i dla opiekuna) - Max. obciążenie ≥ 130 kg - Gwarancja min. 24 miesiące
28	Fotel lekarski (obrotowy)	12	- Fotel wyposażony w tapicerowane oparcie oraz siedzisko wykonane z materiału odpornego na środki dezynfekcyjne - Podłokietniki wykonane z trwałego tworzywa sztucznego, odpornego na działanie środków chemicznych - Płynna regulacja wysokości siedziska w zakresie od min. 400 mm do max. 540 mm - Szerokość oparcia: 420 mm (+/- 10 mm) - Wysokość oparcia: 480 mm (+/- 10 mm) - Stabilna podstawa pięcioramienna o średnicy max. 600 mm - Konstrukcja fotela umożliwiająca jego użytkowanie w gabinetach zabiegowych, lekarskich i diagnostycznych - Gwarancja: min. 24 miesiące
29	Stanowisko do pobierania krwi	1	- Stanowisko przeznaczone do wykonywania zabiegów iniekcji oraz pobierania krwi - Konstrukcja umożliwiająca dostęp do prawego i lewego przedramienia pacjenta - Podłokietnik z możliwością obrotu w zakresie 180° - Siedzisko z oparciem, umożliwiające obrót względem podstawy w zakresie 90° - Regulacja wysokości podłokietnika za pomocą mechanicznego pokręćła - Rama stanowiska wykonana z materiału odpornego na uszkodzenia i środki dezynfekcyjne - Wyposażone w: siedzisko z oparciem, podłokietnik regulowany (lub dwa w zależności od wersji), półkę na akcesoria (jeśli dotyczy), stabilną ramę - Szerokość całkowita: max. 890 mm - Długość całkowita: max. 805 mm - Szerokość podstawy: max. 700 mm - Długość podstawy: max. 705 mm - Wysokość całkowita: max. 825 mm - Dopuszczalne obciążenie robocze: min. 120 kg - Gwarancja: min. 24 miesiące
30	Krzesło dla pacjenta	8	- Stelaż metalowy chromowany, odporny na środki dezynfekcyjne - Siedzisko i oparcie tapicerowane, dostępne w minimum 20 wersjach kolorystycznych



			- Tylne oparcie zabezpieczone osłoną z tworzywa sztucznego - Wysokość siedziska od podłogi: 490 mm (+/- 10 mm) - Wysokość całkowita: maksymalnie 810 mm - Szerokość siedziska: 460 mm (+/- 10 mm) - Głębokość siedziska: 400 mm (+/- 10 mm) - Szerokość oparcia: 470 mm (+/- 10 mm) - Wysokość oparcia: 340 mm (+/- 10 mm) - Szerokość całkowita: max. 540 mm - Gwarancja: min. 24 miesiące
31	Stół dla pacjenta	1	- Stół przeznaczony do użytku przez personel medyczny podczas wykonywania badań i zabiegów - Konstrukcja stalowa malowana proszkowo, odporna na środki dezynfekcyjne - Siedzisko pokryte materiałem skóropodobnym o wysokiej odporności, dostępne w co najmniej 10 kolorach - Regulacja wysokości w zakresie od min. 533 mm do max. 685 mm poprzez obrót siedziska - Średnica podstawy: max. 345 mm - Średnica siedziska: max. 345 mm - Dopuszczalne obciążenie: min. 150 kg - Masa całkowita: max. 5 kg - Gwarancja: min. 24 miesiące
32			

5. MIEJSCE I TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia musi zostać zrealizowany w ciągu 4 tygodni od dnia podpisania dokumentu Zamówienia przez Grantobiorcę i Wykonawcę, przy czym termin jest liczony od daty złożenia późniejszego podpisu.

6. KARY UMÓWNE

1. Grantobiorca – w uzasadnionych sytuacjach – może naliczyć kary umowne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych:
 - I. za zwłokę Wykonawcy w realizacji zamówienia w wysokości 0,1% ustalonego wynagrodzenia - za każdy dzień zwłoki,
 - II. za zwłokę Wykonawcy w usunięciu wad stwierdzonych w czasie odbioru przedmiotu zamówienia lub w okresie gwarancji i/lub rękojmi - w wysokości 0,1% ustalonego wynagrodzenia - za każdy dzień zwłoki,
 - III. za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę w wysokości 15% ustalonego wynagrodzenia,
2. Grantobiorca ma prawo do sumowania wyżej wymienionych kar umownych i obciążenia Wykonawcy w ich łącznym wymiarze.
3. Łączna suma kar umownych z tytułów określonych w ust. 1 powyżej jakich mogą dochodzić Strony umowy nie może przekroczyć 20 % łącznej wartości brutto ustalonego wynagrodzenia.



4. Strony dopuszczają możliwość potrącania w/w należności z bieżącego wynagrodzenia Wykonawcy.
5. Grantobiorca uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych z Kodeksu Cywilnego.

7. INFORMACJE O WYKLUCZENIACH

Wykonawca nie może być powiązany osobowo ani kapitałowo z Grantobiorcą, nie może również istnieć konflikt interesów pomiędzy stronami.

Konflikt interesów oznacza każdą sytuację, w której osoby biorące udział w przygotowaniu lub prowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia lub mogące wpłynąć na wynik tego postępowania mają, bezpośrednio lub pośrednio, interes finansowy, ekonomiczny lub inny interes osobisty, który postrzegać można jako zagrażający ich bezstronności i niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

Zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo, polegające na:

- a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa), pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- b) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,
- c) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

8. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIENIA

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który dysponuje potencjałem niezbędnym do zrealizowania zamówienia oraz nie podlega wykluczeniu z tytułu występowania powiązań lub konfliktu interesów.

Ocena spełniania warunków zostanie dokonana na podstawie oświadczenia złożonego wraz z ofertą przez Wykonawcę.



Fundusze Europejskie
na Infrastrukturę,
Klimat, Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



NFZ
Narodowy Fundusz Zdrowia

Wykonawca powinien sporządzić ofertę na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania.

12. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy złożyć w do dnia 21 stycznia 2026 r. (liczy się data i godzina wpłynięcia oferty):

- w wersji papierowej na adres: Przychodnia Kolejowa NZOZ Sp.z o.o. w Dęblinie, ul. Kolejowa 20, 08-530 Dęblin

lub

- w wersji elektronicznej na adres: fenikskolejowa@gmail.com

Oferty otrzymane po terminie składania ofert nie będą brane pod uwagę.

Dęblin 7.01.2026 r.

Miejsce i data

Podpis i pieczęć Grantobiorcy

Załącznik:

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

PRZYCHODNIA KOLEJOWA
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWIA
Sp. z o.o. w Dęblinie
08-530 Dęblin, ul. Kolejowa 20
NIP: 7162503203 REG. 432287659-1
tel. 81 472 47 62, 81 472 45 4