



Fundusze Europejskie
na Infrastrukturę,
Klimat, Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



NFZ
Narodowy Fundusz Zdrowia

ZAPYTANIE OFERTOWE

w ramach projektu grantowego nr FENX.06.01-IP.03-0001/23
pn. „Wsparcie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)” współfinansowanego w ramach
programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027,
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

1. ZAMAWIAJĄCY

Grantobiorca: Przychodnia Kolejowa Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. w
Dęblinie, ul. Kolejowa 20, 08-530 Dęblin

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa towarów , zgodnie z zakresem rzeczowym
projektu grantowego realizowanego przez Grantobiorcę w ramach projektu pn.
„Wsparcie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)”,

Celem realizacji zamówienia jest :

- zwiększenie dostępności do świadczeń POZ, poprzez udzielenie odpowiedniego wsparcia w zabezpieczeniu tych podmiotów w niezbędny sprzęt, w tym sprzęt diagnostyczny;
- wsparcie w zakresie infrastruktury niezbędnej do prowadzenia działalności leczniczej, której celem będzie dostosowanie i poprawa funkcjonalności pomieszczeń do poszerzanych świadczeń zdrowotnych w zakresie profilaktyki, diagnostyki i leczenia na poziomie POZ w kontekście rozwoju opieki koordynowanej;
- zwiększenie dostępności i efektywności systemu opieki zdrowotnej.

3. POSTANOWIENIA OGÓLNE

- a. Do niniejszego zapytania nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r.
- a. Przedmiot zamówienia jest elementem przedsięwzięcia, tj. projektu grantowego realizowanego przez Grantobiorcę w ramach projektu nr FENX.06.01-IP.03-0001/23 pn. „Wsparcie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)” współfinansowanego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Beneficjentem projektu jest Narodowy Fundusz Zdrowia – Grantodawca.



- b. Zamawiający informuje, iż w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania zostanie sporządzony dokument Zamówienia, podpisany obustronnie przez strony, w którym zostaną potwierdzone podstawowe uzgodnienia dotyczące dostawy pomiędzy stronami.
- c. Złożenie oferty przez Wykonawcę nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu.
- d. Wykonawca może zwrócić się na piśmie lub drogą elektroniczną do Zamawiającego o wyjaśnienie dotyczące przedmiotu zamówienia w terminie składania ofert. Zamawiający niezwłocznie udzieli niezbędnych wyjaśnień. W zakresie dodatkowych pytań, informacji w sprawie zamówienia i przygotowania oferty udziela Anna Woźna tel. 693 364350
- e. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert.
- f. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny.

4. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa/ realizacja usług zgodnie z tabelą poniżej:

Lp.	Nazwa towaru/ usługi	Liczba sztuk	Opis funkcjonalny/ jakościowy
1	Aparat do pomiaru ciśnienia tętniczego	6	Aparat do pomiaru ciśnienia tętniczego 3 szt - Zegarowy aparat do pomiaru ciśnienia krwi - Tarcza o średnicy minimum 60 mm - Zgodny z normą DIN EN 81060-1:2012-08 - Posiada walidację kliniczną BHS - Zawór spustowy z filtrami anty-kurzowymi i płynną regulacją - Szybkołączki wykonane z metalu - Zakres pomiaru 0-299 mmHg (+/- 20 mmHg w górnym zakresie pomiaru) - Gwarancja: min. 24 miesiące Aparat do pomiaru ciśnienia tętniczego 1 szt - Zegarowy aparat do pomiaru ciśnienia krwi - Tarcza o wymiarach 150mmx150mm (+/- 5 mm w każdym wymiarze) - Zakres pomiarowy: 0-299 mmHg (+/- 20 mmHg w górnym zakresie pomiaru) - Mankiet na ramię od 20 cm do 30 cm obwodu (+/- 3 cm w każdym wymiarze) - Koszyk na mankiet - Spiralny przewód



Fundusze Europejskie
na Infrastrukturę,
Klimat, Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



NFZ

Narodowy Fundusz Zdrowia

			- Gwarancja: min. 24 miesiące Aparat do pomiaru ciśnienia tętniczego 2 szt - Elektroniczny ciśnieniomierz naramienny, automatyczny, do pomiaru ciśnienia krwi - metoda pomiaru: oscylometryczna - Zakres pomiaru ciśnienia: - skurczowe (SYS): 60–260 mmHg (+/- 10 mmHg w każdym zakresie) - rozkurczowe (DIA): 40–215 mmHg (+/- 10 mmHg w każdym zakresie) - Zakres pomiaru tętna: 40–180 uderzeń na minutę (+/- 10 bpm w każdym zakresie) - Dokładność pomiaru: - ciśnienie: ± 3 mmHg (+/- 1 mmHg) - tętno: $\pm 5\%$ odczytu (+/- 1%) - Pamięć: min. 60 wyników dla 2 użytkowników - Mankiet z technologią zapewniającą prawidłowe założenie (wskaźnik poprawności) - Wskaźnik ruchu ciała podczas pomiaru - Zasilanie: 4 baterie AA 1,5 V oraz możliwość zasilania sieciowego - Ekran: wyświetlacz LCD - Waga max. 400 gram - Gwarancja: min. 24 miesiące - Wyrób medyczny zgodny z rozporządzeniem MDR (UE) 2017/745
2	Aparat do szybkiej diagnostyki różne testy w tym CRP	1	- Przenośny analizator medyczny - Wynik ilościowy CRP w mg/l - Zakres pomiaru 2,5 – 250 mg/l (+/- 20% w każdym zakresie pomiaru) - Objętość próbki 10ul. (+/- 10%) krwi z palca pacjenta - Przenośny i kompaktowy - Czas odczytu max. 4 minuty - Gwarancja min. 24 miesiące
3	Aparat EKG	1	- Sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany – nawet do celów demonstracyjnych (nie dopuszcza się tzw. aparatów demo) - Elektrokardiograf 12 kanałowy - Kolorowy ekran TFT LCD zintegrowany z aparatem o rozmiarze min. 5" (720x1280) - Prezentacja 12 odprowadzeń EKG - Wymiary aparatu max. 240mm*140mm*60mm - Waga aparatu bez akcesoriów, max. 1,1 kg - Ekran typu touch screen - Klawiatura funkcyjna wbudowana w aparat, odporna na środki dezynfekcyjne - Wydruk na papierze termicznym w składance o szerokości min.: 80 mm - Przesuw papieru min.: 5/6,25/10/12,5/25/50 mm/s - Wzmocnienie min.: 1.25, 2.5, 5, 10, 20, 10/5, AGC - Impedancja wejściowa min.: 50 mΩ - CMRR min.: 140 db - Przetwornik A/D min.: 24 bity



Fundusze Europejskie
na Infrastrukturę,
Klimat, Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską




NFZ
Narodowy Fundusz Zdrowia

			- Częstotliwość próbkowania min. 100 [kHz] - Detekcja pików rozrusznika serca - Filtr zakłóceń sieciowych - Filtr zakłóceń mięśniowych, min.: 25/35/45 Hz - Filtr dolno-przepustowy, min.: 300/270/150/100/75 Hz - Filtr anty-dryftowy - Ciągły pomiar i prezentacja na ekranie HR - Formaty wydruku dla wbudowanej drukarki termicznej, min.: 1*1/3*1/3*4 /3*4+1r - Sygnalizacja - Możliwość wydruku badania na drukarce laserowej podłączonej bezpośrednio do aparatu poprzez port USB lub WIFI. - Formaty wydruku min.: 3*4 /3*4+1r /3*4+3r /6*2 /6*2+1r /12*1 - Drukarka do wydruku raportów EKG kompatybilna z oferowanym aparatem EKG - Automatyczna analiza i interpretacja - Czas pracy na akumulatorze min. 4 godziny - Możliwość przeglądania na ekranie badania przed wydrukiem - Wbudowana baza danych pacjentów, min. 8000 badań - Możliwość przeglądania i wydruku badań z archiwum - Funkcja wydruku z wykorzystaniem jednego przycisku - Zapis badań w formacie min. Dat, pdf, jpg, png oraz z możliwością rozbudowy o format dicom, xml, scp - na dzień składania oferty - Obsługa listy zadań (workflow) - Obsługa usługi FTP/SFTP, możliwość konfiguracji aparatu w sieci komputerowej (IP, Brama, Maski) - Wbudowane, min.: złącze LAN, złącze 2xusb, WIFI - Wózek pod aparat wyposażony w min. Wysięgnik na kabel pacjenta, kółka z możliwością blokady min. Dwóch kół, koszyk - 1 sztuka - Elektrody kłamrowe oraz przyssawkowe - 1 komplet - Papier termiczny do wydruku min. - 20 sztuk - Kabel pacjenta EKG - 1 sztuka - Gwarancja min. 24 miesiące
4	Aparat EKG mobilny	2	- Mobilny elektrokardiograf umożliwiający zapis min. 6 odprowadzeń EKG. - Współpraca z urządzeniem mobilnym (smartfon lub tablet) z systemem Android lub iOS. - Pomiar za pomocą dotyku palców oraz kontaktu z gołą skórą – bez przewodów lub elektrod. - Czas pojedynczego badania: od 30 sekund do 5 minut. - Bezprzewodowa komunikacja Bluetooth z aplikacją mobilną. - Możliwość eksportu wyników w formacie PDF lub przesyłu do systemu EDM. - Interpretacja automatyczna rytmu serca (m.in. migotanie przedsionków, rytm zatokowy). - Wymiary: max. 9 × 3 × 0,72 cm.



Fundusze Europejskie
na Infrastrukturę,
Klimat, Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



NFZ

Narodowy Fundusz Zdrowia

			- Waga urządzenia: max. 25 g. - Zasilanie: wymienna bateria typu CR2016 lub równoważna. - Brak potrzeby stosowania papieru lub zewnętrznych drukarek. - Zgodność z rozporządzeniem MDR 2017/745 lub równoważnym. - Gwarancja: min. 24 miesiące.
5	Bilirubinometr	1	- Kolorowy ekran dotykowy LCD o wielkości min. 2" - Natychmiastowa gotowość do pomiaru (czas badania ok. 2 sekundy) - Przeskórny, bezinwazyjny pomiar bilirubiny - Dokładność pomiaru $\pm 1,5$ mg/dl - Możliwość wykonania 1–5 pomiarów z funkcją uśredniania - Ekran z możliwością wprowadzania ID pielęgniarki i dziecka - Pamięć min. 50 wyników - Pomiar możliwy bez udziału komputera - Możliwość archiwizacji wyników - Brak ryzyka błędnej identyfikacji pacjenta (brak próbki krwi) - Możliwość stosowania u noworodków i wcześniaków - Zakres pomiarowy 0–25 (+/-10) mg/dl - Wbudowany akumulator - Stacja dokująca z funkcją ładowania - Ergonomiczna konstrukcja dopasowana do dłoni - Gwarancja min. 24 miesiące
6	Detektor przepływu Doppler	1	- 2-kanalowy doppler naczyniowy (częstotliwość 4 MHz i 8 MHz) - Rejestracja przepływu krwi w obu kierunkach (od i do głowy) - Kolorowy wyświetlacz LCD o przekątnej min. 5" - Automatyczne obliczanie prędkości średnich, maksymalnych oraz wskaźników PI i RI - Pamięć na min. 10 zapisów badań - Bufor ostatnich 30 sekund przebiegu z możliwością analizy - Menu dotykowe z dodatkowym przyciskiem funkcyjnym - Wbudowana drukarka termiczna - Port USB do komunikacji z komputerem oraz dołączone oprogramowanie - Zasilanie sieciowe lub akumulatorowe (czas pracy min. 4 godziny) - Wymiary: szerokość max. 300 mm, głębokość max. 230 mm, wysokość – max. 120 mm - Masa urządzenia: max. 2,2 kg - Gwarancja: min. 24 miesiące
7	Detektor tętna płodu	1	- Wyświetlacz LCD o przekątnej min. 1,7 cala, prezentujący tryb pracy, częstotliwość tętna, stan sondy oraz poziom baterii. - Trzy tryby pracy: pomiar tętna chwilowego, tętna uśrednionego lub tryb manualny. - Zakres pomiarowy tętna płodu (FHR): od min. 50 do maks. 240 uderzeń/min. - Dokładność pomiaru: max. ± 2 uderzenia/min. - Detekcja tętna możliwa od min. 12. tygodnia ciąży. - Wbudowany głośnik z regulacją głośności oraz wyjście słuchawkowe typu jack 3,5 mm. - Automatyczne wyłączenie po max. 1 minucie bez wykrycia sygnału.



Fundusze Europejskie
na Infrastrukturę,
Klimat, Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



NFZ

Narodowy Fundusz Zdrowia

			-Sonda wymienna, o częstotliwości nominalnej 2 MHz ($\pm 10\%$). - Moc ultradźwięków: max. 20 mW/cm² (zgodna z normą bezpieczeństwa). - Zasilanie: 2 baterie AA 1,5 V – zapewniające min. 8 godzin ciągłej pracy. - Wymiary obudowy: max. 135 × 92 × 29 mm. - Masa całkowita z bateriami: max. 245 g. - Urządzenie przeznaczone do pracy ciągłej. - Obudowa ergonomiczna, przystosowana do pracy jedną ręką. - Urządzenie zgodne z wymogami CE oraz MDR 2017/745. - Gwarancja: min. 24 miesiące
8	Elektroniczna waga dla niemowląt przenośna	1	- Obciążenie max: 25 kg ($\pm 20\%$) - Wyświetlacz LCD - Zdejmowana szalka - Zasilanie bateryjne lub sieciowe - Wymiary wagi 550x350x100mm (± 50 mm w każdym wymiarze) - automatyczne wyłączenie - Posiadanie świadectwa kompatybilności elektromagnetycznej - Gumowane regulowane nóżki - Odporne na zalanie przyciski - Gwarancja min. 24 miesiące
9	Fantom do nauki samobadania piersi	1	- Model piersi do nauki samobadania odpowiadający naturalnej wielkości kobiecej piersi (miseczka C ± 1 rozmiar) - Model wykonany z półprzewodnikowego silikonu medycznego o właściwościach zbliżonych do tkanki ludzkiej - Materiał konstrukcyjny umożliwiający realistyczne odczucia palpacyjne w całej objętości modelu - W modelu zatopione ≥ 3 guzki o zróżnicowanej wielkości i strukturze, symulujące nieprawidłowości palpacyjne - Rozmieszczenie guzków umożliwiające naukę wykrywania zmian w różnych obszarach piersi - Model przeznaczony do wielokrotnego użytku w celach dydaktycznych i szkoleniowych - Przeznaczony do stosowania w placówkach ochrony zdrowia, edukacji medycznej i profilaktyce zdrowotnej - Gwarancja: min. 24 miesiące
10	Fotel ginekologiczny z regulacją wysokości	1	- Konstrukcja stalowa, pokryta powłoką malowaną proszkowo w kolorze białym - Bezszywowa tapicerka skóropodobna odporna na środki dezynfekujące - Regulacja wysokości za pomocą pilota ręcznego w zakresie od min. 65 cm do max. 98 cm - Regulacja kąta nachylenia siedziska i oparcia za pomocą pilota ręcznego - Możliwość uzyskania pozycji Trendelenburga w zakresie od 0° do +20° - Możliwość uzyskania pozycji anty-Trendelenburga w zakresie od 0° do +15°



Fundusze Europejskie
na Infrastrukturę,
Klimat, Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



NFZ

Narodowy Fundusz Zdrowia

			- Kąt nachylenia oparcia pleców regulowany w zakresie od 0° do +75° - Długość całkowita z podpórką nóg: max. 188 cm - Długość bez podpórki nóg: max. 138 cm - Szerokość całkowita: max. 65 cm - Dopuszczalne obciążenie: min. 150 kg - Masa całkowita fotela: max. 104 kg - Wyposażony w trzy elektryczne siłowniki (do regulacji wysokości, siedziska oraz oparcia) - sterowane jednym pilotem ręcznym - Zdejmowany podnózek - Podkolanniki regulowane we wszystkich płaszczyznach (komplet) - Pojemnik wykonany ze stali nierdzewnej - Możliwość zastosowania kółek jezdnych – w wersji z kółkami wysokość regulowana w - zakresie od 71 cm do 104 cm - Funkcja automatycznego zatrzymania ruchu przy skrajnym położeniu poszczególnych - elementów - Urządzenie przeznaczone do przeprowadzania badań ginekologicznych - Gwarancja: min. 24 miesiące
11	Holter ciśnieniowy	1	- System do długotrwałego monitorowania ciśnienia tętniczego krwi - Rejestracja pomiarów w trybie całodobowym z możliwością ustawienia okresów: aktywność, sen. - Czas pracy rejestratora: min. 24 godziny, możliwość przedłużenia rejestracji do 72 godzin. - Komunikacja z komputerem przez port USB. - Obsługa rejestratora za pomocą 4 przycisków funkcyjnych. - Masa rejestratora max. 0,2 kg. - Masa całkowita zestawu max. 1,6 kg. - Wartości ciśnienia skurczowego (SYS), rozkurczowego (DIA), średniego (MAP) oraz tętna (HR) prezentowane w postaci numerycznej i graficznej. - Możliwość edycji progów pomiarowych w oprogramowaniu. - Prezentacja statystyki dla pomiarów wykonanych, zaplanowanych i uwzględnionych. - Analiza rytmu dobowego z klasyfikacją typu dipper, non-dipper, extreme dipper. - Możliwość definiowania ustawień pomiarowych i harmonogramów indywidualnie dla pacjenta. - Pomiar wyświetlane jako histogramy SYS, DIA, HR. - Rejestrator kompatybilny z CR-07 v.401 lub równoważnym systemem pobierania danych. - Oprogramowanie w języku polskim z możliwością generowania raportów w formacie PDF. - Zasilanie rejestratora baterijne (2 x AA lub równoważne). - Gwarancja min. 24 miesiące.
12	Holter EKG	1	- Liczba rejestrowanych odprowadzeń: 3 lub 12. - Czas rejestracji EKG: od 24 godzin do max. 7 dni.



Fundusze Europejskie
na Infrastrukturę,
Klimat, Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



NFZ

Narodowy Fundusz Zdrowia

			- Częstotliwość próbkowania: min. 250 Hz lub max. 2000 Hz. - Typ zapisu: cyfrowy, na karcie microSDHC. - Możliwość uruchomienia rejestracji ręcznie (przycisk zdarzeń) lub automatycznie po max. 10 minutach. - Możliwość rejestracji dwóch rodzajów zdarzeń. - Wyświetlacz: kolorowy LCD, z możliwością podglądu zapisu EKG. - Klawiatura dotykowa z przyciskami funkcyjnymi. - Detekcja odpiętej elektrody w trybie konfiguracji. - Wbudowany filtr izolacji o częstotliwości granicznej 0,05 Hz. - Sygnalizacja stanu urządzenia: dioda trójkolorowa i sygnały dźwiękowe. - Zasilanie: 1 bateria AA (1,5 V). - Obsługa danych pacjenta: możliwość przypisania imienia i nazwiska. - Komunikacja z komputerem: przewodowa lub bezprzewodowa. - Obsługa przez menu z możliwością zmiany trybu badania, ustawień językowych, daty i godziny. - Współpraca z oprogramowaniem HolCARD 24W oraz Konfigurator AsPEK lub równoważnym - Waga rejestratora bez baterii: 190 g. (+/- 50 gram) - Wymiary: szerokość od 60 mm do 80 mm, wysokość od 80 mm do 100 mm, głębokość od 25 mm do 35 mm. - Gwarancja min. 24 miesiące.
13	Kozetka lekarska	6	Kozetka lekarska 5 szt. - Wezgłowie i leże obite pianką poliuretanową - Wezgłowie i leże obszyte bezszwowym materiałem skóropodobnym zmywalnym - Wezgłowie i leże z płyty wiórowej - Mechaniczna regulacja kąta pochylenia wezgłowia w zakresie +/-40° (+/- 5° w każdym zakresie pochylenia) - Szerokość całkowita 50 cm (+/- 5 cm) - Długość całkowita 185 cm (+/- 5 cm) - Wysokość całkowita 50 cm (+/- 5 cm) - Masa do 30 kg - Dopuszczalne obciążenie min. 150 kg - Uchwyt na prześcieradło jednorazowe - Rama pokryta farbą proszkową w kolorze białym - Konstrukcja z kształtowników stalowych - Gwarancja min. 24 miesiące Kozetka lekarska 1 szt. - Leżanka przeznaczona do stosowania w placówkach medycznych(EKG) - Konstrukcja drewniana o niskiej masie własnej, zapewniająca stabilność i komfort użytkowania - Leże z materacem zapewniającym komfort pacjenta podczas zabiegów - Ruchoma część leża umożliwiająca ułożenie pacjenta w pozycji leżącej oraz półleżącej



			- Błat leża obity materiałem skóropodobnym lub winylowym o wysokiej odporności na uszkodzenia i środki dezynfekcyjne - Tapicerka dostępna w ≥ 10 kolorach - Długość leżanki 200 cm (± 5 cm) - Szerokość leżanki 70 cm (± 5 cm) - Wysokość leżanki 55 cm lub 65 cm (± 5 cm) - Regulacja kąta nachylenia zagłówka w zakresie 0° do $+35^\circ$ ($\pm 5^\circ$) - Dopuszczalne obciążenie ≥ 200 kg - Masa własna leżanki ≤ 34 kg - Możliwość zastosowania drewnianego wieszaka na rolki papieru o szerokości = 60 cm - Gwarancja min. 24 miesiące
14	Lampa diagnostyczna bezcieniowa	1	- Zasilanie: napięcie wejściowe od 220 V do 230 V, częstotliwość od 50 Hz do 60 Hz. - Napięcie wyjściowe: od 11,8 V do 12,2 V. - Moc źródła światła: min. 3 diody LED o mocy min. 8 W każda - Temperatura barwowa: $4750\text{ K} \pm 250\text{ K}$. - Żywotność diod LED: max. 50 000 godzin. - Regulacja intensywności światła: płynna, od 15% do 100%. - Intensywność oświetlenia: - od 130 000 do 135 000 lux (z odległości 30 cm) (± 1000 lux w każdym zakresie), - od 42 000 do 45 000 lux (z odległości 50 cm) (± 1000 lux w każdym zakresie), - od 11 000 do 12 000 lux (z odległości 100 cm) (± 1000 lux w każdym zakresie). - Długość ramienia typu „gęsia szyja”: od 88 cm do 90 cm. - Długość całkowita lampy: od 110 cm do 112 cm. - Wysokość całkowita lampy: od 140 cm do 155 cm. - Typ podstawy: statyw jezdny min. 5-kołowy, z blokadą. - Typ oświetlenia: bezcieniowe światło LED, jednorodne w obrębie pola. - System włączania: bezdotkowy z czujnikiem zbliżeniowym. - Zakres temperatury pracy: od $+10^\circ\text{C}$ do $+35^\circ\text{C}$ ($\pm 5^\circ\text{C}$ w każdym zakresie), wilgotność od 30% do 75% RH ($\pm 5\%$ w każdym zakresie). - Gwarancja min. 24 miesiące.
15	Lodówka z monitoringiem temperatury	1	- Pojemność użytkowa min. 372 l - Zakres temp. wewnętrznej od $+1^\circ\text{C}$ do $+10^\circ\text{C}$ ($\pm$ w każdym zakresie) - Wymiary: szer. 595 mm, głęb. 640 mm, wys. 1980 mm (± 50 mm w każdym wymiarze) - Wyposażenie: min. 5 regulowanych półek siatkowych - Oświetlenie wewn. typu LED - Drzwi przeszklone z zamkiem - Moduł alarmowy z sygnalizacją dźwiękową - Rejestrator temp. z portem USB - Automatyczne odparowanie skroplin - Chłodzenie dynamiczne z wymuszonym obiegiem powietrza



Fundusze Europejskie
na Infrastrukturę,
Klimat, Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



NFZ
Narodowy Fundusz Zdrowia

			- Izolacja z pianki poliuretanowej - Czynnik chłodniczy R600a - Gwarancja min. 24 miesiące.
16	Nebulizator	1	- Urządzenie do nebulizacji leku - Szybkość wytwarzania aerozolu min. 0,5ml/min - MMAD: 3,25 µm, zgodnie z normą EN-13544-1 - Frakcja (< 5µm): > 70% - Tryb pracy: praca ciągła - Ciśnienie: 3.0 bar (+/- 0,2) - Ciśnienie pracy: 1.3 bar (+/- 0,2) - Przepływ pracy: 5.2l/min (+/- 0,2) - Maks. przepływ: 16l/min (+/- 0,2) - Poziom hałasu: 60 dBA (+/- 2) - Zasilanie: 230V/50Hz - Gwarancja min. 24 miesiące
17	Oczyszczacz powietrza	1	- Pobór mocy max. 50 W - Waga urządzenia max. 5 kg - Poziom hałasu ≤ 65 dB - Wskaźnik jakości powietrza - Min. 2 tryby oczyszczania - Efektywny obszar krycia min. 25 m² - Laserowy detektor jakości powietrza - Wydajność oczyszczania CADR PCADR min. 300 m³/h - Gwarancja min. 24 miesiące
18	Otoskop	4	- Ksenonowe oświetlenie 2,5 V (min. 3000 K) - Równomierne oświetlenie pola pracy - Możliwość przeprowadzenia testu pneumatycznego - Obrotowa lupka z min. 3-krotnym powiększeniem - Gwarancja min. 24 miesiące
19	Pulsoksymetr	6	- Zakres pomiaru saturacji SpO₂: od 70% do 100% - Dokładność pomiaru SpO₂: ±2 cyfry - Zakres pomiaru tętna: od 25 do 250 uderzeń/min (+/- 5 bpm w każdym zakresie) - Dokładność pomiaru tętna: ±3 cyfry - Wyświetlacz OLED z 4 trybami orientacji obrazu - Wizualizacja tętna: wykres falowy i kolumnowy - Funkcja alarmu przekroczenia wartości - Automatyczne wyłączenie po 8 sekundach bez użycia - Zasilanie: 2 baterie AAA 1,5 V - Czas pracy: do 600 pomiarów przy temp. otoczenia 25°C - obór prądu ≤ 30 mA - Wymiary: 62 × 35 × 31 mm (+/- 10 mm w każdym wymiarze) - Masa urządzenia: 60 g (+/- 10 g) - Obsługa jednym przyciskiem - Gwarancja min. 24 miesiące
20	Spirometr	1	- Wyświetlacz kolorowy LCD o przekątnej min. 7", z obsługą dotykową - Zasilanie sieciowe w zakresie od 90 V do 260 V lub z akumulatora LI-ION - Wbudowany akumulator umożliwiający pracę urządzenia w trybie mobilnym - Wymiary urządzenia: 200 × 258 × 53 mm (+/- 50mm w każdym wymiarze)



			- Masa całkowita z akcesoriami max. 2,32 kg, masa urządzenia max. 1,8 kg - Obsługa badań dorosłych i dzieci z możliwością wyboru trybu - Rejestracja i pomiar oddechu z głowicy pneumatometrycznej - Zakres mierzonych parametrów obejmuje m.in.: VC, FVC, FEV1, PEF, MVV, MEF25-75, TV, IC, ERV - Pamięć wewnętrzna umożliwia zapis min. 1000 badań - Możliwość eksportu wyników do formatu PDF oraz na zewnętrzne nośniki USB - Wbudowana drukarka termiczna na papier o szerokości od 110 do 112 mm, obsługa zewnętrznych drukarek (PCL5/PCL6) - Komunikacja przewodowa (LAN) i bezprzewodowa (Wi-Fi) dla integracji z siecią medyczną - Automatyczna korekcja wyników BTPS na podstawie czujnika temperatury, ciśnienia i wilgotności - Automatyczna ocena powtarzalności (skala A-E) oraz wybór najlepszej krzywej - Możliwość prowadzenia badań porównawczych PRE/POST oraz łączenia badań VC + FVC - Gwarancja: min. 24 miesiące
21	Stetoskop	4	- Długość przewodu ≥ 70 cm - Materiał głowicy stal nierdzewna - Podwójna głowica - Średnica membrany ≥ 40 mm - Gwarancja min. 24 miesiące
22	Stół do badania niemowląt	1	Stół przeznaczony do badania i przewijania niemowląt w placówkach medycznych, gabinetach lekarskich i oddziałach noworodkowych - Konstrukcja z leżem wykonanym z płyty meblowej, miękkiej pianki i materiału odpornego na środki dezynfekcyjne oraz uszkodzenia mechaniczne - Wysokość leża: 790 mm (+/- 5 cm) - Wysokość całkowita: 990 mm (+/- 5 cm) - Szerokość: 960 mm (+/- 5 cm) - Głębokość: 750 mm (+/- 5 cm) - Stół wyposażony w szafkę zamykaną, zlokalizowaną pod leżem - Wymiary szafki: - Głębokość: min. 350 mm - Szerokość: min. 700 mm - Stół wyposażony w półkę boczną - Z trzech stron osłony wykonane z tworzywa sztucznego, stanowiące barierę higieniczną oraz ochronną - Tapicerka dostępna w różnych kolorach, odporna na środki dezynfekujące, łatwa w czyszczeniu - Ergonomiczna i stabilna konstrukcja zapewniająca bezpieczeństwo małego pacjenta i komfort pracy personelu - Gwarancja min. 24 miesiące
23	Termometr elektroniczny	5	- Czas pomiaru: ≤ 1 sekundy



Fundusze Europejskie
na Infrastrukturę,
Klimat, Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



NFZ

Narodowy Fundusz Zdrowia

			- Zasilanie bateryjne - Podświetlany wyświetlacz cyfrowy LCD - Min. dwa tryby pomiaru temperatury - Funkcja pamięci z zachowaniem wartości min. 20 ostatnich wyników pomiaru. - Zakres pomiaru: temperatury ciała: 30,0°C – 46,0°C (+/- 5°C w każdym zakresie pomiaru) - Zakres pomiaru: temperatury powierzchni: 0,0°C – 100,0°C (+/- 10°C w każdym zakresie pomiaru) - waga urządzenia bez baterii max. 100 g - Gwarancja min. 24 miesiące
24	Waga medyczna dla niemowląt	1	- Obciążenie max. nie mniej niż 20 kg - dokładność 5 g < 10 kg > 10g (+/10% w każdym zakresie) - Zakres pomiaru wzrostomierza elektronicznego: od 35 cm do 80 cm (+/- 10 cm w każdym zakresie) - Podziałka wzrostomierza: 1 mm - Wymiary wagi: 670 × 330 × 125 mm (+/- 50 mm w każdym wymiarze) - Zasilanie: bateryjne oraz sieciowe (zasilacz w zestawie) - Wyświetlacz: cyfrowy LCD (na wadze i wzrostomiarce) - Stabilna konstrukcja z dodatkowymi gumowanymi stopkami i stabilizatorem - Duża szalka z tworzywa łatwego do czyszczenia i dezynfekcji - Funkcje: TARA, HOLD, funkcja mleka, USB - Kompatybilność elektromagnetyczna z urządzeniami RF (np. telefon) - Opcjonalny wzrostomierz: mechaniczny lub elektroniczny - Opcjonalna torba transportowa - Możliwość jednoczesnego pomiaru masy i długości ciała - Gwarancja: min. 24 miesiące
25	Waga medyczna ze wzrostomierzem	3	- Legalizowana waga kolumnowa lekarska do pomiaru wagi ciała pacjentów - Metalowa konstrukcja - Możliwość pracy w środowisku podwyższonego promieniowania elektromagnetycznego - Wbudowane kółka transportowe - Wzrostomierz mechaniczny - Obciążenie max. ≥ 250 kg - Dokładność 100 g (+/- 10% w całym zakresie pomiaru) - Wzrostomierz mierzący od 50 do 200 cm (+/- 10 cm w całym zakresie pomiaru) - Podziałka wzrostomierza min. 1 mm - Podłączenie do komputera przez przewód USB - Zasilanie: bateryjne oraz sieciowe - Zasilacz w zestawie - Możliwość wyznaczania wskaźnika masy ciała BMI (Body Mass Index) przy wzroście powyżej 50 cm (+/- 10 cm) - Gwarancja min. 24 miesiące
26	Waga z analizatorem masy ciała	1	- Nośność min. 250 kg - Pomiar za pomocą min. dwóch częstotliwości - Dokładność pomiaru 100 gr (+/- 10%)



Fundusze Europejskie
na Infrastrukturę,
Klimat, Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



NFZ

Narodowy Fundusz Zdrowia

			- Głosowe polecenia dla pacjenta - Kolorowy wyświetlacz z graficznymi instrukcjami dla pacjenta - Łączność: USB, Wi-Fi, RS232, RJ45, Bluetooth - Waga urządzenia max. 15 kg - Pamięć min. 40000 pomiarów - Możliwość dokonywania pomiarów bez udziału komputera - Możliwość importu do oprogramowania na komputer - Możliwość bezpośredniej pracy analizatora z drukarką - Gwarancja min. 24 miesiące
27	Wózek inwalidzki dla osoby dorosłej	1	- Składana aluminiowa rama o konstrukcji krzyżakowej (podwójny krzyżak) - Nylonowe siedzisko i oparcie - Gąbkowa poduszka - Uchylne i demontowalne podnóżki z regulacją długości - Podnóżki zaopatrzone w pasy zabezpieczające stopy - Uchylne i demontowalne podłokietniki - Pas biodrowy zabezpieczający przed wypadnięciem - Koła przednie bezobrotowe - Koła tylne pompowane wyposażone w system szybkiego demontażu o rozmiarze min. 24" - Aluminiowe ciągi - Podwójny system hamowania (dla pacjenta i dla opiekuna) - Max. obciążenie ≥ 130 kg - Gwarancja min. 24 miesiące
28	Fotel lekarski (obrotowy)	12	- Fotel wyposażony w tapicerowane oparcie oraz siedzisko wykonane z materiału odpornego na środki dezynfekcyjne - Podłokietniki wykonane z trwałego tworzywa sztucznego, odpornego na działanie środków chemicznych - Płynna regulacja wysokości siedziska w zakresie od min. 400 mm do max. 540 mm - Szerokość oparcia: 420 mm (+/- 10 mm) - Wysokość oparcia: 480 mm (+/- 10 mm) - Stabilna podstawa pięcioramienna o średnicy max. 600 mm - Konstrukcja fotela umożliwiająca jego użytkowanie w gabinetach zabiegowych, lekarskich i diagnostycznych - Gwarancja: min. 24 miesiące
29	Stanowisko do pobierania krwi	1	- Stanowisko przeznaczone do wykonywania zabiegów iniekcji oraz pobierania krwi - Konstrukcja umożliwiająca dostęp do prawego i lewego przedramienia pacjenta - Podłokietnik z możliwością obrotu w zakresie 180° - Siedzisko z oparciem, umożliwiające obrót względem podstawy w zakresie 90° - Regulacja wysokości podłokietnika za pomocą mechanicznego pokrętki - Rama stanowiska wykonana z materiału odpornego na uszkodzenia i środki dezynfekcyjne - Wyposażone w: siedzisko z oparciem, podłokietnik regulowany (lub dwa w zależności od wersji), półkę na akcesoria (jeśli dotyczy), stabilną ramę



			- Szerokość całkowita: max. 890 mm - Długość całkowita: max. 805 mm - Szerokość podstawy: max. 700 mm - Długość podstawy: max. 705 mm - Wysokość całkowita: max. 825 mm - Dopuszczalne obciążenie robocze: min. 120 kg - Gwarancja: min. 24 miesiące
30	Krzeseł dla pacjenta	8	- Stelaż metalowy chromowany, odporny na środki dezynfekcyjne - Siedzisko i oparcie tapicerowane, dostępne w minimum 20 wersjach kolorystycznych - Tylne część oparcia zabezpieczona osłoną z tworzywa sztucznego - Wysokość siedziska od podłogi: 490 mm (+/- 10 mm) - Wysokość całkowita: maksymalnie 810 mm - Szerokość siedziska: 460 mm (+/- 10 mm) - Głębokość siedziska: 400 mm (+/- 10 mm) - Szerokość oparcia: 470 mm (+/- 10 mm) - Wysokość oparcia: 340 mm (+/- 10 mm) - Szerokość całkowita: max. 540 mm - Gwarancja: min. 24 miesiące
31	Stół dla pacjenta	1	- Stół przeznaczony do użytku przez personel medyczny podczas wykonywania badań i zabiegów - Konstrukcja stalowa malowana proszkowo, odporna na środki dezynfekcyjne - Siedzisko pokryte materiałem skóropodobnym o wysokiej odporności, dostępne w co najmniej 10 kolorach - Regulacja wysokości w zakresie od min. 533 mm do max. 685 mm poprzez obrót siedziska - Średnica podstawy: max. 345 mm - Średnica siedziska: max. 345 mm - Dopuszczalne obciążenie: min. 150 kg - Masa całkowita: max. 5 kg - Gwarancja: min. 24 miesiące
32			

5. MIEJSCE I TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia musi zostać zrealizowany w ciągu 4 tygodni od dnia podpisania dokumentu Zamówienia przez Grantobiorcę i Wykonawcę, przy czym termin jest liczony od daty złożenia późniejszego podpisu.

6. KARY UMÓWNE

- Grantobiorca – w uzasadnionych sytuacjach – może naliczyć kary umowne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych:
 - za zwłokę Wykonawcy w realizacji zamówienia w wysokości 0,1% ustalonego wynagrodzenia - za każdy dzień zwłoki,



Fundusze Europejskie
na Infrastrukturę,
Klimat, Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



NFZ
Narodowy Fundusz Zdrowia

- II. za zwłokę Wykonawcy w usunięciu wad stwierdzonych w czasie odbioru przedmiotu zamówienia lub w okresie gwarancji i/lub rękojmi - w wysokości 0,1% ustalonego wynagrodzenia - za każdy dzień zwłoki,
- III. za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę w wysokości 15% ustalonego wynagrodzenia,
 - 2. Grantobiorca ma prawo do sumowania wyżej wymienionych kar umownych i obciążenia Wykonawcy w ich łącznym wymiarze.
 - 3. Łączna suma kar umownych z tytułów określonych w ust. 1 powyżej jakich mogą dochodzić Strony umowy nie może przekroczyć 20 % łącznej wartości brutto ustalonego wynagrodzenia.
 - 4. Strony dopuszczają możliwość potrącania w/w należności z bieżącego wynagrodzenia Wykonawcy.
 - 5. Grantobiorca uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych z Kodeksu Cywilnego.

7. INFORMACJE O WYKLUCZENIACH

Wykonawca nie może być powiązany osobowo ani kapitałowo z Grantobiorcą, nie może również istnieć konflikt interesów pomiędzy stronami.

Konflikt interesów oznacza każdą sytuację, w której osoby biorące udział w przygotowaniu lub prowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia lub mogące wpłynąć na wynik tego postępowania mają, bezpośrednio lub pośrednio, interes finansowy, ekonomiczny lub inny interes osobisty, który postrzegać można jako zagrażający ich bezstronności i niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

Zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo, polegające na:



Fundusze Europejskie
na Infrastrukturę,
Klimat, Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



NFZ
Narodowy Fundusz Zdrowia

lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,

- c) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

8. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIENIA

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który dysponuje potencjałem niezbędnym do zrealizowania zamówienia oraz nie podlega wykluczeniu z tytułu występowania powiązań lub konfliktu interesów.

Ocena spełniania warunków zostanie dokonana na podstawie oświadczenia złożonego wraz z ofertą przez Wykonawcę.

9. KRYTERIA OCENY OFERT

Grantobiorca będzie ocenił oferty według następujących kryteriów:

1. Cena – waga 70 pkt

Kryterium „cena” będzie oceniane na podstawie łącznej ceny brutto za dostawę/ wykonanie usługi, podanej przez Wykonawcę w ofercie.

W ramach w/w kryterium można uzyskać maksymalnie 70 punktów.

Ilość punktów w ramach w/w kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:

$$C = C_{\min} / C_o \times 70 \text{ pkt}$$

gdzie: $C_{\min}$ – cena brutto oferty najtańszej,

C_o – cena brutto oferty ocenianej.

2. Termin realizacji zamówienia – 30 pkt

Kryterium będzie rozpatrywane na podstawie podanej w ofercie ewentualnej deklaracji skrócenia terminu wykonania zamówienia. W ramach kryterium można uzyskać maksymalnie 30 punktów. W ramach kryterium punktowane będzie skrócenie maksymalnego terminu wykonania przedmiotu zamówienia, tj. 4 tygodni od dnia podpisania Zamówienia.

Ilość punktów (T) zostanie obliczona w następujący sposób:



Fundusze Europejskie
na Infrastrukturę,
Klimat, Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



NFZ

Narodowy Fundusz Zdrowia

3. skrócenie terminu wykonania przedmiotu zamówienia o 1 tydzień : 5 pkt.

Maksymalna, możliwa do przyznania punktacja – 35 pkt.

Ocena oferty stanowi sumę punktacji uzyskanej za kryterium cena oraz kryterium termin wykonania zamówienia tj.

C+T = ilość punktów ocenianej oferty

10. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów w ramach wskazanych wyżej kryteriów.

11. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Wykonawca powinien sporządzić ofertę na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania.

12. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy złożyć w do dnia 21 stycznia 2026 r. (liczy się data i godzina wpłynięcia oferty):

- w wersji papierowej na adres: Przychodnia Kolejowa NZOZ Sp.z o.o. w Dęblinie, ul. Kolejowa 20, 08-530 Dęblin

lub

- w wersji elektronicznej na adres: fenikskolejowa@gmail.com

Oferty otrzymane po terminie składania ofert nie będą brane pod uwagę.

Dęblin 7.01.2026 r.

Miejsce i data

Podpis i pieczęć Grantobiorcy

Załącznik:

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

PRZYCHODNIA KOLEJOWA
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
Sp. z o.o. w Dęblinie
08-530 Dęblin, ul. Kolejowa 20
NIP:7162503203 REG.432287659-00025
tel. 81 472 47 62, 81 472 45 42